

Urząd Miejski w Szubinie  
Wydział Organizacyjny  
ul. Kcyńska 12  
89-200 Szubin

Znak sprawy: OR 2600.17.2012

### PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Burmistrz Szubina  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
2. Przedmiot zamówienia:  
defibrylator półautomatyczny zewnętrzny
3. Streszczenie i porównanie ofert:  
W terminie do dnia 3 lutego 2012 roku do godziny 12.<sup>00</sup> wpłynęły następujące oferty:

lp	firma	cena brutto	uwagi
1	Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, ul. Moniuszki 15/45, Kraków	6.766,86 zł	Spełnia wymagania
2	Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, Warszawa	8.294,40 zł	Energia w zakresie od 150-300 J – nie spełnia wymagań
3	Farum S.A. ul. Jagiellońska 74, Warszawa	14.040,00 zł	Nie spełnia wymagań, energia w zakresie od 105-360 J
4	MEDline, ul. Fabryczna 17, Zielona Góra	6.155,68 zł	Spełnia wymagania
5	<b>Parpol Sp. z o. o., ul. Żoły 11, Warszawa</b>	<b>5.989,32 zł</b>	<b>Spełnia wymagania</b>
6	Polska Grupa Ratownictwa Medycznego, ul. Oczkowskiego 4/49, Chrzanów	5.933,52 zł 6.100,92 zł 6.306,12 zł	Firma przedstawiła 3 warianty cenowe: 1 - 6.100,92 zł (2 baterie 4 letnie – nie spełnia wymogów), wariant 2 - 5.933,52 zł (brak systemu wspomaganie resuscytacji dla dzieci) 3 - 6.306,12 zł (bateria 4-letnia – nie spełnia wymogów)

Wybór wykonawcy, z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu oraz uzasadnieniem wyboru:  
Parpol Sp. z o. o., ul. Żoły 11, 02-815 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Spośród ofert spełniających wymogi postawione przez Zamawiającego została wybrana oferta z najniższą ceną